

JİNEKOLOJİ AMAÇLI CRYO CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- CRYO CİHAZI; ERGONOMİK BİR DİZAYNA SAHİP OLMALIDIR.
- CO₂ VE N₂O GAZLARI İLE ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- ÖZEL OLARAK YALITILAN PROB UÇLARI VE GÖVDESİ SAYESİNDE DONMA İŞLEMİ SADECE PROB UCUNDA GERÇEKLEŞMELİDİR.
- CRYO CİHAZI 45-60 SANİYE ARASINDA YAKLAŞIK 3 mm EKSİ DERİNLİK ALABİLMELİDİR.
- MÜDAHALE BİTTİĞİNDE TERMAL SİSTEM DEVREYE GİREREK ÇÖZÜLME İŞLEMİ 3 – 4 SANİYEDE GERÇEKLEŞMELİDİR.
- CRYO SİSTEM HORTUMLARI ESNEK OLMALIDIR.
- TABANCA ÜZERİNDE TETİK SABİTLEYİCİ SİSTEM BULUNMALIDIR (TETİK KİLİT SİSTEMİ). BU SİSTEM SAYESİNDE, HEKİM CİHAZI ÇALIŞTIRMAK İÇİN TETİĞE SÜREKLİ BASMAK ZORUNDA KALMAMALIDIR.
- CRYO CİHAZI ÜZERİNDE SİSTEM KONTROL VANASI(ON-OFF ANAHTARI) OLMALIDIR. TÜP KAPATMA İŞLEMİ YAPMADAN BU SİSTEM SAYESİNDE PROB UÇLARI KOLAYCA DEĞİŞTİRİLEBİLMELİDİR.
- CİHAZ İLE BİRLİKTE VERİLECEK OLAN PROB UÇLARI ALTIN KAPLAMALI OLMALIDIR.
- CİHAZ İLE İLGİLİ TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU VERİLMELİDİR.
- TEKLİF VERECEK OLAN ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMALAR İLE BU FİRMALARIN ADI ALTINDAKİ BAYİLERİ T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLMALIDIR.
- CİHAZ VE TÜM PROBLARI T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BARKOD NUMARASINA SAHİP OLMALI VE BU BELGELER DE TEKLİFLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

CİHAZ İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA BELİRTİLEN AKSESUARLAR VERİLMELİDİR:

- 1 ADET 2507 EXOSERVİCAL LARGE PROB UCU (ALTIN KAPLAMA)
- 1 ADET 1920 ENDOSERVİCAL LONG PROB UCU (ALTIN KAPLAMA)
- 1 ADET 1910 EXO ENDO SERVİCAL PROB UCU (ALTIN KAPLAMA)
- 1 ADET 1905 EXO SERVİCAL PROB UCU (ALTIN KAPLAMA)
- 1 ADET 0519 CONDYLOMA PROB UCU (ALTIN KAPLAMA)
- 1 ADET CRYO TÜPÜ (10 lt D.B. 250 AT)
- 1 ADET TÜP TAŞIMA ARABASI
- 1 ADET CİHAZ TAŞIMA ÇANTASI
- 10 ADET TÜP CONTASI

GARANTİ :

CRYO CİHAZI İMALAT HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL ÜCRETSİZ, 10 (ON) YIL ÜCRETLİ BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA GARANTİLİ OLMALIDIR.