

OFTALMOLOJİ AMAÇLI CRYO CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- CRYO CİHAZI ELEKTRİKSİZ ÇALIŞABİLEN MEKANİK DONANIMLI BİR SİSTEM OLMALIDIR.
- CRYO CİHAZI CO₂ VE N₂O GAZI İLE ÇALIŞABİLİR NİTELİKLERE SAHİP OLMALIDIR. N₂O SİSTEM APARATLARI CİHAZ İLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.
- CO₂ VEYA N₂O SEÇİMİNDE, CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR MODİFİKASYONA İHTİYAÇ DUYULMAMALIDIR.
- CİHAZ ÜZERİNDE BAĞLANTI ELEMANLARI (AKSESUARLAR) ANAHTAR GEREKTİRMEYEN VİDALAMA VEYA QUİCK-KAPLİN SİSTEMİ İLE ELLE YERİNE KOLAYCA MONTE EDİLEBİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- DE-FROST SİSTEMİ; ANİ ŞOK VE TERMAL DONANIMLI BİR SİSTEM OLMALIDIR. DE-FROST MAKSİMUM 3-4 SANİYEDE GERÇEKLEŞMELİDİR.
- CİHAZ ÜZERİNDE GAZ BLOKE ETME VE ANİ GAZ TAHLİYE VALFİ OLMALIDIR.
- CRYO CİHAZI; OFTALMOLOJİ AMAÇLI TÜM MÜDAHALELERİ YAPABİLECEK TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR.
- CİHAZ İLE BİRLİKTE VERİLEN PROBLAR HARICİNDE, ÇEŞİTLİ OPSİYONEL PROBLAR İSTENDİĞİNDE, DERHAL TEMİNİ TAAHHÜT EDİLMELİDİR.
- TÜP VE CİHAZ TAŞIYICI SEHPA; TEKERLEKLİ VE RAFLI OLMALIDIR. AYRICA CİHAZ İLE İLGİLİ AKSESUARLARI MUHAFAZA EDEBİLMEK İÇİN EN AZ BİR ADET ÇEKMECESİ BULUNMALIDIR.
- CO₂ VEYA N₂O TÜPÜ CRYO SEHPASI ÜZERİNE MONTE EDİLEBİLİR ÖZELLİKTE VE TÜP DIŞARIDAN GÖRÜNMEYECEK ŞEKİLDE, KAPALI BİR KABİN İÇİNDE OLMALIDIR.
- SATICI FİRMA CİHAZI HASTANEDE İLGİLİ SERVİSE KURARAK, PERSONELE CİHAZIN KULLANIMI İLE İLGİLİ EĞİTİMİ YERİNDE VERMELİDİR.
- CİHAZ İLE İLGİLİ TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU VERİLMELİDİR.
- TEKLİF VERECEK OLAN ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMALAR İLE BU FİRMALARIN ADI ALTINDAKİ BAYİLERİ T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLMALIDIR.
- CİHAZ VE TÜM PROBLARI T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BARKOD NUMARASINA SAHİP OLMALI VE BU BELGELER DE TEKLİFLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

CİHAZ İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA BELİRTİLEN AKSESUARLAR VERİLMELİDİR:

- 1 ADET OFTALMOLOJİK CRYO PROBU
- 1 ADET TÜP BAĞLANTI APARATI
- 2 ADET YÜKSEK BASINÇ HORTUMU
- 1 ADET AYAKTAN KUMANDA PEDALI
- 1 ADET CRYO TÜPÜ (10 LT. D.B.250 AT)
- 5 ADET TÜP CONTASI
- 1 ADET TÜP VE CİHAZ TAŞIYICI SEHPA
- 1 ADET TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

GARANTİ :

CRYO CİHAZI İMALAT HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL ÜCRETSİZ, 10 (ON) YIL ÜCRETLİ BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA GARANTİLİ OLMALIDIR.